

北大荒总医院康复器械院内比价采购项目

- 一、条件要求：营业执照复印件、法人代表授权书、身份证复印件、技术条款响应表、商务条款响应表、报价单（有两次报价）。
（格式自拟、自行封装成册、密封文件）
- 二、招标编号：BDHZYY2025042101
- 三、报名时间：2025-4-21 至 2025-4-23 16:30
- 四、开标时间：2025-4-25 14： 00
- 五、联系科室：采供办
- 六、联系人：王先生 电话：55197450
- 七、预算：8 万元。
- 八、服务期限：合同签订后 10 日安装调试完毕。
- 九、付款方式：签订合同后验收合格后支付合同金额的 90%，一年后无质量问题无息支付 10%。
- 十、技术要求


序号	名称	图片	技术参数	单位	数量
----	----	----	------	----	----

1	按摩床		1、由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。 2、外形尺寸(长×宽×高):1900mm×600mm×600mm 3、安全工作载荷: 100kg 4、一张带圆孔, 剩余不带孔。 5、适用于康复师对受训者进行手法按摩。	张	6
2	OT 桌		1、桌面高度可调, 适合不同身高人群使用。 2、配模拟作业工具, 可进行手工作业训练。 3、作业训练用桌, 桌面高度可按需进行调节, 配模拟作业工具一套。 4、外形尺寸(长×宽×高):1200mm×800mm×605mm 5、桌面升降范围: 605~845mm 6、桌面尺寸(长×宽): 1200mm×800mm 7、手柄转动力矩: $\leq 10\text{N}\cdot\text{m}$	张	3
3	运动康复训练床		1、由床面、床架、枕组成。 2、外形尺寸(长×宽×高):2050mm×1230mm×480mm 3、床面高度: 480mm 4、安全工作载荷: 100kg	张	3

			5、为受训者提供安全的多体位训练平台,便于康复治疗师开展多种方式训练。 6、床脚配有高度微调支脚,着地稳固。		
4	PT 凳（推拿登）		1、外形尺寸(直径×高): $\Phi 600\text{mm} \times (420 \sim 560)\text{mm}$ 2、带液压油缸, 360° 旋转 3、额定承载: 2000N 4、康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 5、凳面高度可调,方便康复师使用。 6、凳体底部设计有万向滑轮,可以自由移动。 7、凳面可以 360° 旋转。	张	8
5	抽屉式阶梯组合凳		1、外形尺寸: $600\text{mm} \times 335\text{mm} \times 420\text{mm}$; 2、梯面高度: 100mm; 3、阶梯踏板额定承载: 2000N。 4、产品用途: 除可作为不同高度坐具外,也可当简易的训练阶梯用。	套	2

6	巴氏球		1、外形尺寸（直径）：直径 60cm、65cm、70cm、75cm 各一个。 2、用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。	套	1
7	肋木		1、由固定座、竖杆、横杆、固定板组成。 2、外形尺寸（长×宽×高）：980mm×440mm×2220mm； 3、肋木杠直径：Φ 32mm； 4、肋木杠间距：150mm； 5、肋木安全工作载荷：100 kg。 6、为受训者提供不同高度的上肢协调性运动训练。	架	2
8	双向扶梯 楼梯		1、由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 2、外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800mm×1360mm； 3、梯面高度：100mm、120mm； 4、扶手高度调节范围：0~310mm； 5、阶梯踏板安全工作载荷：100 kg。 6、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 7、配合矫正镜，可进行步态矫正	套	1

			训练。 8、适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。		
9	双人位站立架		1、外形尺寸(长×宽×高):1420mm×600mm×1100mm 2、肘部垫宽度: 50mm 3、肘部垫额定承载: 500N 4、绑带额定承载: 1000N 5、脚踏板额定承载: 2000N 6、胸托和背托前后可调,方便不同身高和体型的人群使用。 7、受训者双臂可放在台面上,训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动。 8、可满足二人同时训练。 9、适用于行动障碍患者的辅助行走或站立,进行康复训练。	台	3
10	助行器		1、产品为框式两轮助行器,适合1.55—1.80m 人群使用 2、助行器主架采用高强度铝合金管加工而成,管材壁厚为: Φ25*1.2,助行架表面采用雾银氧化处理; 3、助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用,大架可折叠,方便携带,握把采用 EVA 无毒无害,易清	架	4

			洗材料，舒适度强； 4、前脚管配有 2 个 3 寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高； 5、主要参数：大架长：61.5-63cm，宽：50-53cm，高：76-94cm，脚管 8 档调节。 6、扶手承重$\geq 100\text{Kg}$； 7、辅助代步用具，可折叠。		
11	双杠		1、由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 2、外形尺寸(长$\times$宽$\times$高):3350mm$\times$855mm$\times$780mm； 3、两扶手杆中心调节范围：310mm$\sim$650mm； 4、扶手杆直径：$\Phi 38\text{mm}$； 5、脚踏板安全工作载荷$\geq 100\text{ kg}$； 6、矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15°。 7、扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 8、扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 9、底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。	套	1

			10、用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。		
12	平衡垫		1、外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1200mm×50mm。 2、适用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体操及卧位肌力训练。	块	2
13	平衡板		1、外形尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×90mm 2、面板摆动角度：-17° ~+17° 3、额定承载：2000N 4、用于平衡及协调功能的训练。	块	2
14	体操棒与抛接球		1、由体操棒、搁架、抛接球组成。 2、外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm 3、体操棒外形尺寸（直径×高度）：Φ28mm×995mm，数量5根 4、抛接球直径及数量：≥Φ250mm，4个 5、通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。	套	4
15	弹力带		1、外形尺寸（长×宽）：700mm×110mm 2、每组肌力训练弹力带由六件组成，橡筋绳用不同颜色区分，橡筋	套	1

			绳的直径及阻力（拉长 100%时）： a)浅绿：直径Φ0.6cm，阻力 85N b)黑：直径Φ0.6cm，阻力 75N c)红：直径Φ0.6cm，阻力 55N d)黄：直径Φ0.6cm，阻力 45N e)深绿：直径Φ0.4cm，阻力 25N f)蓝：直径Φ0.4cm，阻力 15N 3、适用于全身各主要肌肉进行力量训练。		
16	沙袋		1、适用于辅助患者进行肌力训练。由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 2、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：668mm$\times$415mm$\times$750mm（不含沙袋） 3 沙袋质量及数量： 0.5kg/2 个、0.75kg/2 个、1.0kg/2 个、1.5kg/2 个、2.0kg/2 个、2.5kg/2 个，共 12 个	套	1
17	关节松动带		1、规格：230*4.7cm 2、用于关节松动术手法工具。	个	2
18	八字板		1、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 2、由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。 3、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：370mm	块	1

			×310mm×110mm 4、矫正板角度调节范围：5 档 15°、25°、30°、35°、40°。 5、矫正板高度调节范围：110mm～ 210mm 6、踏板安全工作载荷：100 kg		
19	楔形垫		1、适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 2、有多种角度可选择	块	2
20	GCT绳带		1、适用于足下垂、足内翻。	套	2